



Klub Przyrodników

ul. 1 Maja 22, 66-200-Swiebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, [http:// www.kp.org.pl](http://www.kp.org.pl)
NIP: 927-15-06-791

Świebodzin 07 kwietnia 2011 r.

dotyczy: postępowania na dostawę 56 i montaż w terenie 50 automatycznych rejestratorów poziomu wody w piezometrach prowadzonego w trybie przetargu na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego art. 70¹ - 70⁵.

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego dn. 04 kwietnia 2011 r. o następującej treści :

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę rejestratorów mierzących temperaturę z dokładnością 0,2°C?

2. Czy Zamawiający stawia jakiegokolwiek wymagania dotyczące instalacji rejestratorów w studzienkach instalacyjnych i ich zabezpieczeniem przed kradzieżą? Istnieje możliwość zawieszenia rejestratorów tego typu na linie, co niestety naraża je na kradzież w przypadku otwarcia studzienki przez osoby niepowołane. Są również sposoby instalacji w sposób niewidoczny, dzięki czemu osoba niepowołana nie widzi rejestratora zainstalowanego w studzience nawet po jej otwarciu.

Zamawiający informuje, że:

1. **dopuszcza** dostawę rejestratorów mierzących temperaturę z dokładnością 0,2°C.
2. oczekuje instalacji w sposób niewidoczny, zabezpieczający przed kradzieżą.