



# Klub Przyrodników

ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin  
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645  
tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, <http://www.kp.org.pl>

Świebodzin 04.01.2010

*dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż w terenie automatycznych rejestratorów poziomu wody w piezometrach*

W związku z zapytaniami skierowanymi dn. 29. 12. 2009 o następującej treści :

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę przyrządu mierzącego temperaturę z dokładnością +/- 0,1 °C ?
2. Czy Zamawiający posiada już zainstalowane piezometry, w których mają być umieszczone rejestratory czy też Wykonawca ma dostarczyć piezometry w ramach przetargu i je zainstalować? Jaka jest planowana głębokość zainstalowania piezometrów?

Zamawiający informuje, że:

1. w SWIZ błędnie podano dokładność pomiaru temperatury. Prawidłowa wartość to +/- 0,1°C.
2. zamawiający nie posiada zainstalowanych piezometrów i wymaga ich instalacji od Wykonawcy. Głębokość zainstalowania piezometrów - do 2 m.

Prezes Klubu  
mgr inż. Robert Stańko